## 試薬組み合わせ表

| 検査対象 | 環境検査 | | 食品検査 | |
|---|---|---|---|---|
| | STEP.1（前培養） | STEP.2（検出） | STEP.1（前培養） | STEP.2（検出） |
| 一般生菌 | MS1-TOTAL | MS2-TOTAL | MS1-N-BROTH- 9 ML | MS2-TOTAL |
| 大腸菌群 | MS1-CEC | MS2-COLIFORM | | MS2-COLIFORM |
| 大 腸 菌 | | MS2-ECOLI | | MS2-ECOLI |

## インキュベータ

ラボ　フォーマット　インキュベータ
Lab format Incubator

スモール
インキュベータ
Small Incubator

### ラボ　フォーマット　インキュベータ
### Lab format Incubator

Lab format incubator は、温度設定、タイマー設定することができます。
搭載する2つのブロックそれぞれ独立して加熱できるため異なる温度・タイマー設定ができます。

- 型番：INCUBATOR2
  - 試薬チューブ用ブロック（最大35本）IB001
  - 9mlブロス用ブロック（最大15本）IB002
  - ※ブロック2個選択
- 温度設定5～105℃（±0.5℃以下）
- タイマー設定1 分～99 時間59 分
- 電源AC100V
- 寸法36.5 (W) ×21 (D) ×15 (H) cm
- 重量4.5kg

### スモール　インキュベータ
### Small Incubator　小型

Small incubator は、温度設定、タイマー設定することができます。

- 型番：INCUBATOR
  - 試薬チューブ用ブロック（最大12本）IB003
  - 9mlブロス用ブロック（最大6本）IB004
  - ※ブロック1個選択
- 温度設定：5～80℃（±0.5℃以下）
- タイマー設定1秒～999秒
  または1分～999分
- 電源：AC100V
- 寸法：11 (W) ×15 (D) ×8 (H) cm
- 重量：0.5kg

## ルミノメータ

### EnSURE
型番：EnSURE

### EnSURE Touch
型番：ETOUCH

hygiena™

**⚠ ご使用上のご注意**　ご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※本カタログに記載の仕様、デザイン等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


# ニッタ株式会社
クリーンエンジニアリング事業部
https://www.nitta.co.jp

大 阪 本 社　〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
TEL.06-6563-1235　FAX.06-6563-1265

東 京 支 店　〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL.03-6744-2740　FAX.03-6744-2741

奈 良 工 場　〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400　FAX.0743-56-4403


2023.03.KY